

Poznań, dnia 20 sierpnia 2018 r.

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, transport do siedziby zamawiającego, rozładowanie, wniesienie, instalację, próbne uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji - dwóch egz. fabrycznie nowych zamrażarek głębokiego mrożenia- znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Zamrażarki/2018

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu informuje, że do treści ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu wpłynęło zapytanie. Poniżej zamawiający przedstawia treść zapytania oraz odpowiedź Zamawiającego.

Treść zapytania do SIWZ	Treść odpowiedzi Zamawiającego
<i>Posiadamy urządzenie spełniające wszystkie parametry techniczne, które Państwo wyszczególniliście oprócz materiału wewnątrz zamrażarki. Wnętrze naszego urządzenia wykonane jest ze stali lakierowanej. Czy w związku z powyższym nasza oferta zostanie przez Państwa rozpatrzona?</i>	Zamawiający podtrzymuje wymóg dot. materiału wewnątrz zamrażarek tj. wewnątrz musi być wykonane ze stali nierdzewnej.

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY