Oznaczenie sprawy: Z/S-881/2019

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr Z/S-881/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA:
zakup *1 egz. fabrycznie nowej wytrząsarki do QuEChErS*

Wymagane cechy, parametry techniczne zamawianego fabrycznie nowego sprzętu:

l.p.	Parametry, cechy wymagane
1.	Wysokowydajne urządzenie do ujednolicania mieszanin laboratoryjnych ciekłych, mieszanin ciecz-ciało stałe oraz mieszanin stałych.
2.	Urządzenie musi pozwalać na umieszczenie co najmniej 20 pojemników o objętości całkowitej nie mniejszej niż 48 mL.
3.	Sumaryczna waga umieszczonych zasobników wraz z załadunkiem co najmniej 1.5 kg.
4.	Płynna regulacja częstotliwości ujednolicania w zakresie co najmniej 1-10 Hz z krokiem 0.01 Hz
5.	Ujednolicenie próbki realizowane w funkcji zmiany częstotliwości oraz kąta.
6.	Sterownik alfanumeryczny pozwalający na pełną kontrolę pracy urządzenia w czasie rzeczywistym oraz programowanie co najmniej trzech trybów pracy.
7.	Wymagane zasilanie elektryczne: 230V, 50/60Hz
8.	Wymiary urządzenie nie przekraczające: 0,3 m x 0,5 m x 0,9 m
9.	Masa urządzenia max. 40 kg
10	Emisja hałasu nie większa niż 70 dB
11	Termin realizacji zamówienia: max. 10 dni od daty podpisania umowy
12	Długość okresu gwarancji: producenta
13	Szybkość reakcji serwisu na zgłoszone usterki: max. 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze.
14	Serwis pogwarancyjny: zapewnienie serwisu minimum 5 lat po upływie gwarancji
15	Przeszkolenie z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu dla pracowników Zamawiającego: 2 godziny dla 5 osób.
16	Płatność faktury: max. 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego